



**FRANCISCO MUÑOZ IRLES, C.B.**

## **EQUIPO PARA MEDIR LA RESISTENCIA DE LA FLOR DEL CUERO (RESIFLOR) MODELO 5002**

### **DESCRIPCIÓN**

Dispositivo para medir la resistencia de la flor del cuero a la flexión y su índice de agrietamiento.

### **DESCRIPTION**

Mechanism to measure the resistance to flexion of the grain of leather and its crack index.



### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Según Norma UNE-EN ISO 3378.
- Se aplica especialmente en cueros pesados.
- Se suministra con 8 mandriles de diámetro adecuado según la norma.
- Las piezas más relevantes del equipo están fabricadas en acero inoxidable.
- Fácil colocación de la probeta.
- Rápido ajuste del rodillo de doblado.

### **TECHNICAL CHARACTERISTICS**

- According to Standard EN ISO 3378 and ISO 3378.
- It is especially applicable to heavy hides.
- It is provided with 8 mandrels of adequate diameter according to the standard.
- The most outstanding pieces of the equipment are made in stainless steel.
- Easy placing of the sample.
- Quick adjustment of the roller of bent.